

Rapporto di prova n° 2100974/03

Biomedical Pharma

Metodo di prova: ISO 20743:2019 test preliminare ridotto

Test information	
Nome del prodotto	Doc.C.T. Nr 03-06 21 Tessuto 2 lilla
Data di arrivo	23/06/21
Periodo analisi	28/06/21 – 30/06/21
Conservazione	Temperatura ambiente
Temperatura test	25°C ± 1°C
Temperatura incubazione	37°C ± 1°C
Identificazione ceppo virale	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538P
Cartoncino KoelerInformazioni sul test	Campione trattato : 1 x 1 mm ² , 0.5 mm spessore; Campione non trattato non trattato interno: rivestimento plastico 5 x 5 cm ² , 0.4 mm spessore;



Segue Rapporto di prova n° 2100974/03

Test	Metodo	Unità di misura	Risultato
Attività antibatterica contro <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538P	ISO 20743:2019		
N° batteri inoculati		UFC/ml	102100
Metodo inoculo	Assorbimento		
Metodo misurazione	Conta in piastra		
Attività antibatterica A		Log10	3.9

E' vietata la riproduzione parziale senza autorizzazione del laboratorio.

Il Rapporto di Prova si riferisce al solo campione sottoposto ad analisi.

Il campione residuo viene conservato per 1 mese dall'emissione del Rapporto di prova

Siena 08/07/21

Fine Rapporto di prova

Il Responsabile di Laboratorio

Claudia Modenese


